

新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目

竣工环境保护验收意见

2022 年 7 月 9 日，新疆坤诚检测技术有限公司根据新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》召开竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位、编制单位（新疆阳诚环保科技有限公司）和三名环保行业技术专家组成（验收组名单附后）。验收组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路 100 号创博智谷产业园 B 区 4 栋。项目区北侧为隔园区围栏为喀什东路东延道路；南侧为已建成但尚未投运厂房；西侧为乌鲁木齐众进建材检测有限公司；东侧为园区污水处理站。项目区中心位置地理坐标：东经 87°41'11.74"，北纬 43°54'10.61"。

项目总占地面积 1042.76m²，总建筑面积 4136.52m²，其中包含 2051m² 办公生活区、2085.52m² 实验室。

（2）建设过程及环保审批情况

2021 年 1 月，企业委托新疆正佳环保科技有限公司编制完成了《新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目环境影响报告表》；

2021年3月16日，乌鲁木齐市生态环境局以乌环评（水）审〔2021〕3号文件对环境影响报告表予以批复。本项目所购买办公楼已建成，仅对办公楼进行装修后将原有设备及人员搬迁至项目区内，项目于2021年10月开工建设，于2021年11月建成并投入试运行。

（3）投资情况

项目实际总投资5000万，其中环保投资为45万元，占项目总投资的0.90%。

（4）验收范围

本次验收仅针对新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目及其配套环境保护设施建设及运行情况进行验收，创博智谷产业园内其他建设内容不包含在本次验收范围内。

二、工程变动情况

本项目实际建设内容较环评及批复设计内容基本一致，不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（1）废水

本项目运营期产生的废水主要为生活污水和实验废水。

治理措施：实验废水经“中和+絮凝沉淀+过滤消毒”等工艺处理后（处理能力为3m³/d）会同生活污水一同排入园区下水管网进入园区污水处理站处理，最终排入乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司污水处理厂处理。

(2) 废气

该项目的废气主要是实验室在实验过程中产生实验废气。主要污染因子为酸雾（硫酸雾、氯化氢）及少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。

治理措施：项目实验室及实验设备均配套通风柜或集气罩，有机实验、金属实验废气收集后经活性炭吸附处理后由楼顶排气筒排放（3套处理设备，3个排气筒）；理化实验废气收集后经碱喷淋+活性炭吸附装置处理后由楼顶排气筒排放。

(3) 噪声

该项目的噪声主要来源于仪器设备操作过程和风机运行产生的噪声。

治理措施：项目的设备均设置在实验室内，并在产噪较大的设备下方加装减震垫、实验室安装双层隔声窗。

(4) 固体废物

项目运营期产生的固废主要为办公生活垃圾、实验废液及过期化学试剂及试剂瓶、废气处理过程中产生的废弃活性炭。

治理措施：项目产生的生活垃圾在项目区内分类收集后，倒至垃圾收集船后由环卫部门定期清运；实验室废液、过期试剂及试剂瓶、废活性炭在危险废物暂存间分类收集暂存后，委托新疆泰泽嘉业环境工程服务有限公司定期清运处置。

四、环境保护设施调试效果

(1) 废水

验收监测期间，项目污水总排口处各污染物监测浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表 4 三级标准限值要求。

(2) 废气

验收监测期间，项目实验室配套的 4 套废气处理设施出口处污染物监测浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限值要求。

(3) 噪声

验收监测期间，该项目 4 个测点的昼夜间等效声级测定值均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区噪声排放限值（昼间 65dB，夜间 55dB）要求。

(4) 室内空气质量

验收监测期间，该项目抽检的 10 个测点的各类污染因子的监测浓度均满足《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）表 1 标准限值要求。

五、验收结论

新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目落实了环评和批复要求，监测结果表明废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物得到合理处置，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目符合竣工环境保护验收条件。建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- (1) 加强运营期的环境管理，定期开展各项污染物的自行监测，确保各项污染物长期稳定达标排放；
- (2) 规范排污口及标识标牌设置；
- (3) 完善环境风险应急物资及应急措施的储备，定期开展应急演练，杜绝突发环境风险事故发生。

验收组长：于世

验收组成员：

张永刚 刘宁
孙斌 杨永
梁永刚
谷青伟

新疆坤诚检测技术有限公司

2022年7月9日



新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目验收组签到表



2022年7月9日

	姓名	单位	职务/职称	身份证号码	签名
组长	于洪	新疆坤诚检测技术有限公司	总经理	510521198612071076	于洪
成员	杨爽	新疆坤诚检测技术有限公司	行政主任	65232219890426402X	杨爽
	陈超群	新疆兵团勘测设计研究院	教高	421022197912158419	陈超群
	李万刚	新疆排污权交易储备中心	高工	652325198110013615	李万刚
	刘宁	乌鲁木齐市环境监测中心站	高工	650103197708032815	刘宁
	马文武	新疆阳诚环保科技有限公司	高工	652301197108036433	马文武
	许万忠	新疆坤诚检测技术有限公司	技术员	412825199503022018	许万忠
	乔晋伟	新疆坤诚检测技术有限公司	工程师	654221199008150010	乔晋伟
	闫亮	新疆坤诚检测技术有限公司	工程师	654222198911055812	闫亮